

ESSAI INTERLABORATOIRES

Valeurs assignées de l'essai N° 105 SL 300

IRSN

INSTITUT
DE RADIOPROTECTION
ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

VALEURS ASSIGNÉES

Déterminations	Valeur Assignée ¹	Incertitude associée ²
²⁴¹ Am Bq.kg ⁻¹ sec	537	36
⁵⁷ Co Bq.kg ⁻¹ sec	361	34
¹³⁴ Cs Bq.kg ⁻¹ sec	430	39
¹³⁷ Cs Bq.kg ⁻¹ sec	251	17
⁶⁰ Co Bq.kg ⁻¹ sec	494	48

1 Activité assignée à la date de référence du 1^{er} avril 2010

2 Incertitude associée à la valeur assignée, élargie à k=2

Remarque : l'incertitude associée à la valeur assignée peut-être modifiée dans le cas d'une instabilité des objets d'essai

Mise à jour le 23/07/2010